



3M™ 爱护佳™9200 免洗外科手消毒液开瓶后使用期的说明

3M™ 爱护佳™9200 免洗外科手消毒液的有效期为自生产之日起 24 个月。有关实验表明, 有效期内该产品中消毒剂有效含量不低于成品标示有效含量的下限值, 均符合国家对手消毒剂的有关标准要求。

根据我国卫生部发布, 并于 2012 年 5 月 1 日起生效的 GB 27950-2011 手消毒剂卫生要求, 易挥发性的醇类产品开瓶后的使用期不超过 30 天。现建议参照该规范执行。对于之前开瓶后使用期超过 30 天的情况, 根据有关实验数据, 在开瓶 30 天后但不超过产品有效期的前提下, 该消毒液的消毒灭菌作用均有效并达到国家标准。

附录: 关于 3M™ 爱护佳™9200 免洗外科手消毒液开瓶后有关成分的内部实验结果:

检测项目	标示含量	实验结果	
		开瓶即时取样	产品有效期止时取样 (开瓶后 21 个月)
密度 (25°C)	0.82-0.92g/ml	0.9	0.87
pH (25°C)	4.5-8.5	7.03	7.3
粘度 (25°C)	50000cp Minimum	250000	183000
葡萄糖酸洗必泰	0.90- 1.10 %	0.997	1.01
乙醇含量	54.9 - 66.9%	60.4	61.3
水含量	24.8-37.3%	31.05	31.19

此致

3M 中国有限公司 医疗产品事业部

2013 年 3 月